remel **FR**

Streptex*

DOMAINE D'APPLICATION

Les réactifs supplémentaires Streptex* sont destinés à être utilisés dans le système de groupage des streptocoques du coffret Streptex*, qui contient tous les composants nécessaires au système. Les réactifs sont fournis comme des produits de substitution. **Pour de plus amples informations et des instructions sur le bon usage de ce produit, se référer à la notice incluse dans les coffrets Streptex* (ZL50/R30950501 et ZL61/R30164701).**

DESCRIPTION DES REACTIFS, PREPARATION POUR UTILISATION ET CONDITIONS DE CONSERVATION RECOMMANDEES

Voir également **Précautions et restrictions d'emploi.**

Sauf indication contraire, tous les ractifs doivent être conservés entre 2 et 8°C afin de garder leur activité au moins jusqu'à la date inscrite sur l'étiquette des flacons.

LATEX **Suspensions au latex**

Flacons compte-gouttes individuels en plastique contenant des particules de latex spécifiques des groupes A, B, C, D, F ou G, en quantité suffisante pour 50 tests. Les particules de latex de polystyrène, recouvertes d'anticorps purifiés de lapin dirigés contre l'antigène du groupe approprié, sont en suspension à une concentration de 0,5% dans du tampon phosphate (pH 7,4) contenant 0,1% d'azide de sodium comme conservateur. Les suspensions sont fournies prêtes à l'emploi. Après une conservation prolongée, quelques agrégats ou fragments secs peuvent apparaître en haut du flacon. Dans ce cas, agiter vigoureusement les flacons pendant quelques secondes jusqu'à ce que la suspension redevienne homogène. NE PAS CONGELER.

EXTRACTION ENZYME **Enzyme d'extraction**

1 flacon contenant une fraction protéolytique lyophilisée extraite de cultures de *Streptomyces griseus* contenant du chlorure de calcium. Après reconstitution, le bain prêt à l'emploi contient 0,01% de Bronopol comme conservateur. Reconstituer un flacon d'enzyme d'extraction en ajoutant 11 ml d'eau distillée stérile. Laisser reposer quelques minutes en remuant et en retournant le flacon de temps en temps pour faciliter la dissolution. L'enzyme d'extraction reconstituée doit être conservée entre 2 et 8°C pour garder son activité pendant au moins 3 mois après la reconstitution ou jusqu'à la date inscrite sur l'étiquette du flacon, si elle est antérieure. Pour garder son activité pendant au moins 6 mois ou jusqu'à la date inscrite sur l'étiquette du flacon d'origine (selon la première échéance), l'enzyme peut également être conservée sous forme d'aliquots et congelée entre -15 et -25°C. NE PAS CONGELER ET DECONGELER PLUS D'UNE FOIS.

CONTROL + **Contrôle positif polyvalent**

1 flacon compte-gouttes en plastique avec un bouchon rouge, contenant un extrait polyvalent d'antigènes provenant de souches représentatives de chaque groupe A, B, C, D, F et G de streptocoques, dans un tampon phosphate (pH 7,4) contenant 0,1% d'azide de sodium comme conservateur.

PRECAUTIONS ET RESTRICTIONS D'EMPLOI

IVD Les réactifs sont destinés exclusivement au diagnostic *in vitro*.

Les réactifs sont réservés exclusivement à un usage professionnel.

Pour des informations sur les composants potentiellement dangereux, se référer aux fiches de sécurité fournies par le fabricant et aux étiquettes du produit.

INFORMATIONS DE SECURITE

1. L'enzyme d'extraction lyophilisée contient du chlorure de calcium, produit classifié comme un produit irritant (Xi). Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
2. Les suspensions au latex et le contrôle positif polyvalent contiennent 0,1% d'azide de sodium, produit classifié selon les directives de la Communauté Economique Européenne (CEE) comme nocif (Xn). La nature des risques particuliers (R) attribués aux préparations dangereuses est la suivante :

R22 Nocif en cas d'ingestion.

Les azides peuvent réagir avec le cuivre ou le plomb des canalisations pour former des sels explosifs. Il est conseillé de rincer abondamment à l'eau les canalisations dans lesquelles ont été déversés des réactifs contenant de l'azide.

3. Si les principes de bonnes pratiques de laboratoire, les consignes d'hygiène du travail et les instructions de la notice sont respectés, les réactifs fournis ne présentent pas de danger pour la santé.

EMBALLAGE

REF	ZL51/R30950601.....50 tests
	ZL52/R30950701.....50 tests
	ZL53/R30950801.....50 tests
	ZL54/R30950901.....50 tests
	ZL55/R30951001.....11 ml
	ZL56/R30951101.....50 tests
	ZL57/R30951201.....50 tests
	ZL58/R30164601.....2 ml

Légende des symboles

REF	Référence de catalogue
IVD	Dispositif médical de diagnostic *in vitro*
	Consulter le mode d'emploi
	Limite de température (température de conservation)
LOT	Code de lot (numéro de lot)
	A utiliser avant (date de péremption)
	Fabriqué par
CE	

*Marque commerciale IFU X7821 révisé Mars 2012

Remel Europe Ltd
Clipper Boulevard West, Crossways
Dartford, Kent, DA2 6PT, Royaume-Uni

Pour tout support technique, contacter le distributeur local.